



Konformitätserklärung Declaration of Conformity

according Annex IV EU-Regulation 2017/745 Article 19
and Article 52(7)


Name und Adresse der Firma Name and address of the manufacturer	Rehaforum Medical GmbH Daimlerstr. 12a DE- 25337 Elmshorn
Single Registration Number (SRN)	DE-MF-000018288

Wir, Rehaforum Medical GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das folgende Produkt allen Anforderungen der MDR 2017/745 entspricht, die anwendbar sind.

We, Rehaforum Medical GmbH, declare under our sole responsibility that the following product complies with all applicable requirements of the MDR 2017/745.

Medizinprodukte Medical Device	Produktgruppe Product Group	Toilettensicherheitsgeländer Toilet Safety Rail
	Handelsname Trade Name	Toilettensicherheitsgeländer RFM Toilet Safety Rail RFM
	Artikelnummer Model No.	03207291 03207291
Zweckbestimmung Intended Purpose	Das Toilettensicherheitsgeländer RFM unterstützt Personen, die in Ihrer Beweglichkeit im Rumpfund Rückenbereich eingeschränkt sind, beim Hinsetzen auf das WC sowie beim Wiederaufstehen. The toilet safety rail RFM supports people who are restricted in their mobility in the trunk and back, when sitting down on the WC seat and then standing up again.	
Basis-UDI-DI	4041314toilettengelaendPP	
Klasse Of Class	I I	
Klassifizierungsregel - (Annex VIII / MDR 2017/745) Classification rules	1 1	
Konformitätsbewertungsverfahren Conformity assessment procedure	MDR Art. 52 & Annex II, III (7) MDR Art. 52 & Annex II, III (7)	
Gültigkeit der Erklärung, bis Validity of the declaration until (YYYY-MM)	2027-03	

Elmshorn, 03.03.22
Ort, Datum / Place, date


Geschäftsführer / Managing Director
Unterschrift, Stempel; Funktion /Signature, Stamp and Function