

# mode d'emploi



## XSEAT® clinic

Coussin d'assise Decubitus Therapy

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le système et tenir compte des **avertissements!**

<b>Nom du produit</b>	<b>XSEAT® clinic</b>
<b>contenu de la livraison</b>	Coussin de siège de thérapie Decubitus avec âme en mousse et revêtement en PU (amovible avec une fermeture éclair), mode d'emploi
<b>Indications / domaines d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prophylaxie des escarres</li><li>• Traitement des escarres jusqu'au grade 4 (Seiler / EPUAP)</li><li>• Thérapie de la douleur</li><li>• Pour les patients à très haut risque d'ulcères de pression</li></ul>
<b>Contre-indications</b>	Pas connu
<b>Poids autorisé du patient min. - Max.</b>	20 à 120 kg
<b>Matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Noyau: mousses PU (HR / Visco)</li><li>• Revêtement: matériau de support PES enduit de PU, dessous antidérapant</li></ul>
<b>Dimensions</b>	Voir l'étiquette sur le produit
<b>Poids du produit</b>	Toutes les tailles env.1,5 kg
<b>Numéro d'aide (tel que défini au §139 SGB V)</b>	
<b>Dispositif médical</b>	Classe 1, MDR 2017/745
<b>Sécurité technique / ignifugation</b>	Test d'ignifugation selon DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crèche 5, BS 7177
<b>Test d'innocuité / biocompatibilité toxicologique</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Avertissements</b>	Avant d'utiliser le système pour la première fois, vous devez préparer le système pour la première utilisation (voir «Préparation du système à l'utilisation»).
<b>garantie</b>	3 ans sur les propriétés fonctionnelles du noyau en mousse (garantie au prorata)
<b>entretien</b>	Non
<b>Instructions de nettoyage (taie d'oreiller)</b>	<p>Le couvercle peut être désinfecté en essuyant avec des désinfectants disponibles dans le commerce à base d'isopropanol (par exemple Bacillo) ou avec d'autres produits appropriés listés DGHM (par exemple, chiffon de nettoyage ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Un nettoyage chimiothermique du couvercle est possible. Le couvercle peut être retraité en autoclave selon les directives du RKI.</p>
<b>Instructions de nettoyage (noyau)</b>	<p>Le noyau en mousse sans couvercle peut être nettoyé avec des moyens ménagers. Ceci peut être réalisé en faisant tremper la zone contaminée ou en pulvérisant tout le noyau de mousse avec un désinfectant (par exemple Bacillo) ou ECOLAB mousse spray Incidin OxyFoam S composé de peroxyde d'hydrogène). Ensuite, l'âme en mousse doit être séchée à l'air. Le noyau en mousse peut être retraité par autoclavage selon les directives du RKI.</p>
<b>Préparez le système pour son utilisation</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sortez l'oreiller de la boîte.</li><li>2. Placez le coussin sur le siège du fauteuil roulant ou du siège, avec le «THIS SIDE UP» imprimé sur le dessus.</li></ol>

RKI = Institut Robert Koch

DHGM = Société allemande d'hygiène et de microbiologie

MPG = Loi sur les instruments médicaux

Autoclavage = processus de vide fractionné à 105 degrés C et 55 minutes

Fabricant au sens du MPG et du MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tél. : + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133

info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 24.08.2020 13:41