

mode d'emploi



Hyper Foam 2 clinic GREENLINE

Matelas de traitement des escarres

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le système et tenir compte des **avertissements!**

Nom du produit	Hyper Foam 2 clinic GREENLINE
contenu de la livraison	Matelas de décubithérapie avec âme en mousse et housse en PU (amovible avec fermeture éclair), mode d'emploi
Indications / domaines d'application	<ul style="list-style-type: none">• Prophylaxie des escarres• Traitement des escarres jusqu'au grade 4 (Seiler / EPUAP)• Thérapie de la douleur• Pour les patients à très haut risque d'ulcères de pression
Contre-indications	Pas connu
Poids autorisé du patient min. - Max.	0-150 kg
Matériel	<ul style="list-style-type: none">• Noyau: mousses PU (ECOLAST®)• Couverture: matériau de support PES enduit de PU
Dimensions	Largeur: 80-100 cm Longueur: 190-220 cm
Poids du produit	12 kg (90/200 cm)
Numéro d'aide (tel que défini au §139 SGB V)	
Dispositif médical	Classe 1, MDR 2017/745 
Sécurité technique / ignifugation	Test d'ignifugation selon DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crèche 5, BS 7177
Test d'innocuité / biocompatibilité toxicologique	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Avertissements	<ul style="list-style-type: none">• Avant la première application, le système doit être préparé pour la première utilisation (voir "Préparation du système pour l'utilisation").• Convient aux surfaces de couchage réglables• Rails latéraux à au moins 22 cm au-dessus du dessus du matelas
garantie	7 ans sur les propriétés fonctionnelles du noyau en mousse (garantie pro rata)
entretien	Non
Instructions de nettoyage (housse de matelas)	Le couvercle peut être désinfecté en essuyant avec des désinfectants disponibles dans le commerce à base d'isopropanol (par exemple Bacillol) ou avec d'autres produits appropriés listés DGHM (par exemple, chiffon de nettoyage ECOLAB Incidin OxyWipe S XL). Un nettoyage chimiothermique du couvercle est possible. Le couvercle peut être traité en autoclave selon les directives du RKI. 
Instructions de nettoyage (noyau)	Le noyau en mousse sans couvercle peut être nettoyé avec des moyens ménagers. Ceci peut être réalisé en faisant tremper la zone contaminée ou en pulvérisant tout le noyau de mousse avec un désinfectant (par exemple Bacillol ou ECOLAB mousse spray Incidin OxyFoam S composé de peroxyde d'hydrogène). Ensuite, l'âme en mousse doit être séchée à l'air. Le noyau en mousse peut être traité par autoclavage selon les directives du RKI.
Préparez le système pour son utilisation	<ol style="list-style-type: none">1. Retirez le matelas de la boîte dès sa réception.2. Mettez le matelas sur le lit.3. Notez l'impression "THIS SIDE UP" sur le dessus du matelas.

RKI = Institut Robert Koch

DHGM = Société allemande d'hygiène et de microbiologie

MPG = Loi sur les instruments médicaux

Autoclavage = processus de vide fractionné à 105 degrés C et 55 minutes

 **Fabricant au sens du MPG et du MDR 2017/745**

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tél. : + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133

info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 24.08.2020 13:45