



# Bedienungsanleitung



## Hyper Foam 2 clinic GREENLINE

Dekubitus-therapie-Matratze

Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung vor Einsatz des Systems aufmerksam durch und beachten Sie die **Warnhinweise!**

<b>Produktname</b>	<b>Hyper Foam 2 clinic GREENLINE</b>
<b>Lieferumfang</b>	Dekubitus-therapie-Matratze mit Schaumkern und PU-Bezug (abnehmbar per Reißverschluss), Bedienungsanleitung
<b>Indikationen / Anwendungsbereiche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dekubitusprophylaxe</li> <li>• Dekubitus-therapie bis Grad 4 (Seiler/EPUAP)</li> <li>• Schmerz-therapie</li> <li>• Für Patienten mit sehr hohem Dekubitusrisiko</li> </ul>
<b>Kontraindikationen</b>	Keine bekannt
<b>Zulässiges Patientengewicht min. - max.</b>	0 - 150 kg
<b>Material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kern: PU-Schaumstoffe (ECOLAST®)</li> <li>• Bezug: PU-beschichtetes PES-Trägermaterial</li> </ul>
<b>Abmessungen</b>	Breite: 80 - 100 cm Länge: 190 - 220 cm
<b>Gewicht des Produkts</b>	12 kg (90/200 cm)
<b>Hilfsmittelnummer (i.S. §139 SGB V)</b>	
<b>Medizinprodukt</b>	Klasse 1, MDR 2017/745 
<b>Technische Sicherheit / Schwerentflammbarkeit</b>	Prüfung der Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
<b>Prüfung auf toxikologische Unbedenklichkeit / Biokompatibilität</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Warnhinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vor der ersten Anwendung muss die Vorbereitung des Systems für den ersten Einsatz durchgeführt werden (siehe "Vorbereiten des Systems für den Einsatz").</li> <li>• Für verstellbare Liegeflächen geeignet</li> <li>• Seitengitter mindestens 22 cm über der Matratzenoberkante</li> </ul>
<b>Garantie</b>	7 Jahre auf die funktionellen Eigenschaften des Schaumkerns (Pro-Rata-Garantie)
<b>Wartung</b>	Keine
<b>Reinigungsanleitung (Matratzenbezug)</b>	<p>Der Bezug kann durch eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln aus Isopropanol (z.B. Bacillol) oder mit anderen geeigneten DGHM-gelisteten Produkten (z.B. ECOLAB-Reinigungstuch Incidin OxyWipe S XL) desinfiziert werden. Eine chemothermische Reinigung des Bezuges ist möglich. Der Bezug kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden.</p> 
<b>Reinigungsanleitung (Kern)</b>	<p>Der Schaumkern ohne Bezug kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dies ist durch ein Durchtränken der kontaminierten Stelle oder Besprühen des gesamten Schaumkerns mit einem Desinfektionsmittel (z.B. Bacillol oder ECOLAB-Schaumspray Incidin OxyFoam S bestehend aus Wasserstoffperoxid) zu erreichen. Danach muss der Schaumkern an der Luft getrocknet werden. Der Schaumkern kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wiederaufbereitet werden.</p>
<b>Vorbereiten des Systems für den Einsatz</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entnehmen Sie die Matratze sofort nach Erhalt aus dem Karton.</li> <li>2. Legen Sie die Matratze in das Bett.</li> <li>3. Beachten Sie den Aufdruck auf der Matratzenoberseite "THIS SIDE UP".</li> </ol>

RKI = Robert-Koch-Institut

DHGM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie

MPG = Medizinproduktegesetz

Autoklavieren = Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 105 Grad C und 55 Minuten

 Hersteller im Sinne des MPG und MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ahrenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133

info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 01.07.2020 14:10



# operation manual



## Hyper Foam 2 clinic GREENLINE

Pressure ulcer therapy mattress

Please read the operating instructions carefully before using the system and heed the **warnings!**


<b>Product name</b>	<b>Hyper Foam 2 clinic GREENLINE</b>
<b>scope of delivery</b>	Decubitus therapy mattress with foam core and PU cover (removable with a zip), operating instructions
<b>Indications / areas of application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressure ulcer prophylaxis</li> <li>• Pressure ulcer therapy up to grade 4 (Seiler / EPUAP)</li> <li>• Pain therapy</li> <li>• For patients with a very high risk of pressure ulcers</li> </ul>
<b>Contraindications</b>	Not known
<b>Permitted patient weight min. - Max.</b>	0-150 kg
<b>material</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Core: PU foams (ECOLAST®)</li> <li>• Cover: PU-coated PES carrier material</li> </ul>
<b>Dimensions</b>	Width: 80-100 cm Length: 190-220 cm
<b>Product weight</b>	12 kg (90/200 cm)
<b>Aid number (as defined in §139 SGB V)</b>	
<b>Medical device</b>	Class 1, MDR 2017/745 
<b>Technical safety / flame retardancy</b>	Flame retardancy test according to DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
<b>Testing for toxicological harmlessness / biocompatibility</b>	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
<b>Warnings</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Before the first application, the system must be prepared for the first use (see "Preparing the system for use").</li> <li>• Suitable for adjustable lying surfaces</li> <li>• Side rails at least 22 cm above the top of the mattress</li> </ul>
<b>guarantee</b>	7 years on the functional properties of the foam core (pro-rata guarantee)
<b>maintenance</b>	No
<b>Cleaning instructions (mattress cover)</b>	<p>The cover can be disinfected by wiping with commercially available disinfectants made from isopropanol (e.g. Bacillol) or with other suitable DGHM-listed products (e.g. ECOLAB cleaning cloth Incidin OxyWipe S XL). Chemothermal cleaning of the cover is possible. The cover can be reprocessed by autoclaving according to the guidelines of the RKI.</p> 
<b>Cleaning instructions (core)</b>	<p>The foam core without cover can be cleaned with household means. This can be achieved by soaking the contaminated area or spraying the entire foam core with a disinfectant (eg Bacillol or ECOLAB foam spray Incidin OxyFoam S consisting of hydrogen peroxide). Then the foam core must be air-dried. The foam core can be reprocessed by autoclaving according to the guidelines of the RKI.</p>
<b>Prepare the system for use</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remove the mattress from the box immediately upon receipt.</li> <li>2. Put the mattress in the bed.</li> <li>3. Note the print on the top of the mattress "THIS SIDE UP".</li> </ol>

RKI = Robert Koch Institute

DHGM = German Society for Hygiene and Microbiology

MPG = Medical Devices Act

Autoclaving = fractional vacuum process at 105 degrees C and 55 minutes

 **Manufacturer in the sense of the MPG and MDR 2017/745**

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel. : + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133  
info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 02.07.2020 12:08