424566A

UrgoK2

CE (2005) LATEX







UrgoK2
Latex free

CE (2012)

FR

INTRODUCTION
UrgoK2 (ou **UrgoK2 Latex Free**) est un système de compression multi-types bi-bande composé d'une bande à allongement court et d'une bande à allongement long. Sa technologie exclusive, PresSure system, basée sur des indicateurs de pression sur les deux bandes, facilite l'application de la pression thérapeutique recommandée d'environ 40mmHg dès la première application.

TAILLE + ETIREMENT + RECOUVREMENT CORRECT
Différentes tailles de kits — Indicateur de pression imprimé sur les bandes

PRESSION THERAPEUTIQUE

CONTENU DES KITS
UrgoK2
• Bande 1:
KTECH : bande à allongement court, de couleur blanche, apportant compression, protection et absorption.
Composition : ouate : viscose, polyester; support : polyamide, élasthanne.
• Bande 2 :
KPRESS : bande cohésive à allongement long, de couleur chair, maintenant le bandage en place et apportant la pression additionnelle nécessaire pour atteindre la pression thérapeutique.
Composition : acrylique, polyamide, élasthanne; matériau cohésif contenant du latex naturel.
UrgoK2 Latex Free
• Bande 1 :
KTECH : bande à allongement court, de couleur blanche, apportant compression, protection et absorption.
Composition : ouate : viscose, polyester; support : polyamide, élasthanne.
• Bande 2 :
KPRESS Latex Free : bande cohésive à allongement long, de couleur chair, maintenant le bandage en place et apportant la pression additionnelle nécessaire pour atteindre la pression thérapeutique.
Composition: coton, polyester, polyamide, élasthanne; matériau cohésif synthétique sans latex.
TAILLES
UrgoK2 (ou **UrgoK2 Latex Free**) est disponible en 2 tailles, pour circonférences de chevilles :
- 18-25 cm (KTECH : 6m; KPRESS : 7.5 m/KPRESS Latex Free : 7.15 m longueurs étirées)
- 25-32 cm (KTECH : 7.3 m; KPRESS/KPRESS Latex Free : 10.5m longueurs étirées).

UrgoK2 existe en 3 largeurs : 10 cm pour la méthode d'application standard ; 8 et 12 cm pour la pose jusqu'à la cuisse.
UrgoK2 Latex Free existe seulement en 10 cm de large.
(Certaines largeurs peuvent ne pas être disponibles dans votre pays.)
PROPRIETES
• Niveau de pression élevé, de l'ordre de 40 mmHg à la cheville.
• Effet de massage à la marche favorisant le retour veineux et la réduction de l'œdème et pression modérée au repos pour une compression continue.
• Facilité d'application : avec le PresSure system, la pression thérapeutique est atteinte dès la première pose.
• Haut niveau de confort, jour et nuit, pour une meilleure observance du traitement.
• Le système peut rester en place jusqu'à 7 jours.
INDICATIONS
Traitement de l'ulcère veineux de jambe, de l'œdème d'origine veineuse et du lymphœdème, justifiant d'une compression forte.
CONTRE-INDICATIONS
• Présence d'une pathologie artérielle (ulcères artériels ou à forte composante artérielle, artériopathie avérée ou suspectée).
• Indice de Pression Systolique (IPS) < 0.8.
• Patients souffrant de micro angiopathie liée au diabète, de *phlegmatia coerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle), de thrombose septique.
• Ulcération d'origine infectieuse.
• Allergie à l'un des constituants – en particulier le latex pour le kit contenant du latex.
PRECAUTIONS D'EMPLOI
• S'assurer que le patient a un IPS > 0.8 avant de prescrire le système de compression.
• En cas de diabète, d'insuffisance cardiaque ou de microvasculopathie avancée, le système de compression ne doit être utilisé qu'après avis médical, sous surveillance stricte et après traitement adéquat.
• En cas de dermatose infectieuse péri-ulcéreuse, traiter l'infection avant d'initier le traitement par le système de compression.
• En cas d'ulcère de cause rare (vascularite, hémopathie, *pyoderma gangrenosum*…) le système de compression ne doit être utilisé qu'après avis médical spécialisé.
• L'efficacité d'**UrgoK2** (ou **UrgoK2 Latex Free**) a été testée et validée pour l'application conjointe de KTECH et KPRESS (ou KPRESS Latex Free).
• Le PresSure System a été conçu pour faciliter l'application des bandes ; il est important de bien respecter le mode de pose pour atteindre le niveau de pression thérapeutique recommandé.
• Si des doutes surviennent, notamment en cas de douleur pendant la pose du système de compression, consulter votre médecin.
• Tout incident grave survenu en lien avec ce produit doit être reporté au fabricant ou à l'Autorité Nationale Compétente.
MODE D'EMPLOI
Avant d'appliquer les bandes
• En cas de plaie, appliquer un pansement adapté avant de poser la bande.
• Examiner la forme de la jambe afin de repérer d'éventuelles zones à risque de surpression (saillies osseuses) et les protéger avec de la ouate si besoin.
• Mesurer la circonférence de la cheville et vérifier que le kit approprié a été choisi (18-25 ou 25-32 cm). **(figure 1)**
• Il est préférable d'appliquer le système de compression le matin au lever ou bien après avoir surélevé les jambes du patient pendant une heure, afin de minimiser l'œdème orthostatique.
• En fonction de l'indication, appliquer les bandes jusqu'au genou ou jusqu'à la cuisse et utiliser les largeurs de bandes appropriées selon les méthodes d'application suivantes.
Méthode d'application
• Méthode d'application « sous le genou »
1. Tenir le pied à 90° - orteils vers le haut. **(figure 2)**
2. Assurez-vous que la face ouatée de KTECH soit en contact direct avec la peau et que les indicateurs de pression imprimés sur la bande soient situés sur le côté supérieur (taille : 18-25 cm) ou au milieu (taille : 25-32 cm) de la bande. Appliquer avec un à deux tours d'ancrage autour du pied, avec un étirement modéré (suivant les indicateurs de pression), selon le statut vasculaire et la forme du pied, ainsi que la présence d'œdème. **(figure 3)**
3. Continuer en faisant une figure en "8" autour de la cheville, en recouvrant bien le talon. **(figure 4)**
4. Pour atteindre la pression thérapeutique, remonter jusqu'au genou en effectuant des spirales en continuant à étirer la bande de manière à ce que les indicateurs de pression forment des cercles. Pour appliquer le bon recouvrement, chaque nouvelle spirale doit recouvrir le cercle précédent en se positionnant à sa base (taille 18-25 cm : 50 % de recouvrement ; taille 25-32 cm : 2/3 de recouvrement). **(figure 5)** Finir 2 cm sous le genou.
Toujours couper les longueurs de bandes en excès. Le bandage en excès ne doit pas être enroulé autour du membre, car cela augmenterait la pression. **(figure 6)**
Fixer à l'aide d'un sparadrap.
5. Appliquer KPRESS (ou KPRESS Latex Free) sur KTECH selon la même technique en commençant un doigt au-dessus de KTECH et en finissant un doigt sous KTECH afin que seule KTECH soit en contact direct avec la peau. Une fois appliqué, appuyer doucement sur le bandage avec les mains pour assurer une bonne tenue du système. **(figure 7)**
• Méthode d'application « jusqu'à la cuisse »
Si nécessaire, appliquer un bandage approprié sur les orteils. Pour appliquer le bandage jusqu'à la cuisse, suivre la même méthode que pour l'application sous le genou, mais en utilisant la séquence de bandes suivante :
1. Appliquer une KTECH de 8 cm sur le pied (ou 10cm en fonction de la taille du pied) et jusqu'à la cheville. **(figure 8)**
2. Appliquer ensuite une KTECH de 10 cm. S'arrêter juste au-dessus du genou ; plier légèrement le genou. **(figure 9)** Si nécessaire et pour plus de confort, rembourrer l'arrière du genou avec de la ouate.
3. Continuer jusqu'au haut de la cuisse avec une KTECH de 10cm ou de 12cm (la plus appropriée) et maintenir en place avec du sparadrap. **(figure 10)**
4. Appliquer KPRESS sur KTECH en utilisant une séquence de bandes et une méthode d'application identiques. **(figure 11)**
Couper les longueurs de bandes en excès. En fin d'application, appuyer doucement sur le bandage avec les mains pour assurer une bonne tenue du système.
UrgoK2 (ou **UrgoK2 Latex Free**) **doit être laissé en place jour et nuit, jusqu'au changement de pansement suivant, à l'appréciation du praticien.**
Le kit **UrgoK2** (ou **UrgoK2 Latex Free**) est à usage unique

EN

INTRODUCTION
UrgoK2 (or **UrgoK2 Latex Free**) is a 2-layer multicomponent compression system composed of a short stretch bandage and a long stretch bandage. Its exclusive PresSure system, with pressure spot indicators on both bandages, aids the application of the recommended therapeutic pressure of around 40mmHg from the first application.

CORRECT SIZE + CORRECT STRETCH + CORRECT OVERLAP
Different kit sizes — Pressure indicator printed on the bandage

THERAPEUTIC PRESSURE

KIT CONTENTS
UrgoK2
• Layer 1:
KTECH: white, short-stretch bandage; provides compression, protection and absorbency.
Composition: wadding: viscose, polyester; knitted layer: polyamide, elastane.
• Layer 2:
KPRESS: pink/beige, cohesive long-stretch bandage; provides the additional compression necessary to achieve the therapeutic pressure and secures the bandages in place.
Composition: acrylic, polyamide, elastane; cohesive material containing natural latex.
UrgoK2 Latex Free
• Layer 1:
KTECH: white, short-stretch bandage; provides compression, protection and absorbency.
Composition: wadding: viscose, polyester; knitted layer: polyamide, elastane.
• Layer 2:
KPRESS Latex Free: pink/beige cohesive long-stretch bandage; provides the additional compression necessary to achieve therapeutic pressure and secures the bandages in place.
Composition: cotton, polyester, polyamide, elastane; synthetic latexfree cohesive material.
SIZES
UrgoK2 (or **UrgoK2 Latex Free**) is available in 2 sizes, for ankle circumferences:
- 18-25 cm (KTECH: 6 m; KPRESS: 7.5 m/KPRESS Latex Free: 7.15 m stretched)
- 25-32 cm (KTECH: 7.3 m; KPRESS/KPRESS Latex Free: 10.5 m stretched).

UrgoK2 is also available in 3 widths: 10 cm for standard application; 8 and 12 cm for full leg bandaging.
UrgoK2 Latex free is available in 10 cm width.
(Some kit widths may not be available in your country.)
PROPERTIES
• Full compression level: around 40 mmHg at the ankle.
• Moderate resting pressure to maintain continuous therapeutic compression, with a higher working pressure to create a massage effect when walking, improving venous return and oedema reduction.
• Easy to apply with the PresSure System; the therapeutic pressure is achieved from first application.
• High levels of comfort both during the day and night for improved patient concordance.
• The system can stay in place up to 7 days.
INDICATIONS
Treatment of venous leg ulcer, venous oedema and lymphoedema, which require full compression.
CONTRAINDICATIONS
• Arterial conditions (arterial or predominantly arterial ulcers; known or suspected arterial disease).
• Ankle Brachial Pressure Index (ABPI) < 0.8.
• Patients suffering from diabetic microangiopathy, ischaemic phlebitis (*phlegmatia coerulea dolens*), septic thrombosis.
• Ulceration caused by infection.
• Allergy to any of the components – in particular latex for the "non-latex free" version
PRECAUTIONS OF USE
• Check that the ABPI > 0.8 before prescribing the bandage system.
• In the event of diabetes, heart failure or advanced micro-vascular disease, use the compression system with close medical monitoring following appropriate treatment.
• In case of infected peri-ulcer dermatitis, treat infection before commencing compression bandage therapy.
• In case of an ulcer from rare origin (vasculitis, haemopathy, *pyoderma gangrenosum*…) the compression system should only be used following specialist referral.
• The efficacy of **UrgoK2** (or **UrgoK2 Latex Free**) has been tested and validated for the application of KTECH and KPRESS (or KPRESS Latex Free) together.
• The PresSure System has been specifically designed to aid application of the bandages; it is important to follow the instructions carefully to achieve the recommended therapeutic pressure.
• If you have any concerns, especially in case of pain whilst wearing the compression system, contact your doctor or clinician.
• Any serious incident linked to the product has to be reported to the manufacturer and the National Competent Authority.
APPLICATION METHOD
Before applying the bandages
• If a wound is present, apply an appropriate dressing before applying any bandages.
Examine the shape of the leg and identify any areas at risk of excessive pressure (ie; bony prominences). Protect and reshape leg with wadding if necessary.
• Measure the ankle circumference and choose the kit size accordingly (ankle size 18-25 cm or 25-32 cm). **(figure 1)**
• It is preferable to apply the compression system first thing in the morning or after the patient's legs have been elevated for an hour to minimise any orthostatic oedema.
• Depending on the indication, assess the need for toe to knee or toe to thigh bandaging and choose the appropriate kit width according to the following application method.
Application method
• "Below – knee" application
1. Place foot at 90° angle - "toes to nose". **(figure 2)**
2. Ensure the wadding side of KTECH is in contact with the skin, with the pressure indicators printed on the bandage visible on the upper side (size 18-25 cm) or at the middle (size 25-32 cm) of the bandage. Apply with one or two turns around the foot, with a moderate stretch (forming circular indicators), depending on vascular status, foot shape and presence of oedema. **(figure 3)**
3. Secure the heel by using a figure of eight, ensuring coverage of the heel. **(figure 4)**
4. To achieve the therapeutic pressure, spiral up the leg from the malleolus, stretching the bandage so that the pressure indicators form circles. To achieve correct overlap, cover pressure indicators at their base (size 18-25 cm: 50 % overlap); size 25-32 cm: 2/3 overlap). **(figure 5)** Finish 2cm below popliteal space.
Cut off any excess bandage as extra wrapping will increase the pressure. **(figure 6)**
Secure with tape.
5. Apply KPRESS (or KPRESS Latex Free) over KTECH using the same application technique as KTECH. For patient comfort, allow a small border of KTECH at the toes and knee so that only KTECH is in direct contact with the skin. Once applied, press down gently on the bandage to ensure full cohesion. **(figure 7)**
• "Toe to thigh" application
If necessary, first bandage the toes using an appropriate bandage. For full leg bandaging, use the same application technique as the below-knee application, but with the following bandage sequence:
1. Apply an 8 cm KTECH to the foot (or 10cm depending on the foot size) – stop at the ankle. **(figure 8)**
2. Then apply a 10cm KTECH to just above the knee, flexing the knee slightly. **(figure 9)** Pad behind the knee for comfort if necessary.
3. Continue to top of thigh with either a 10 cm or 12 cm KTECH (as appropriate) and secure with tape. **(figure 10)**
4. Apply KPRESS (or KPRESS Latex Free) over the KTECH using the same sequence of bandages and application technique. **(figure 11)**
Any excess bandage should be cut off. Press down gently to ensure full cohesion and secure with tape if necessary.
UrgoK2 (or **UrgoK2 Latex Free**) **should be left in place both day and night until the next dressing change at the discretion of the clinician.**
The **UrgoK2** (or **UrgoK2 Latex Free**) kit is designed for single use only.

(2019 - 08)

Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 CHENÔVE - France

DE

EINLEITUNG
UrgoK2 (oder **UrgoK2 Latex Free**) ist ein Zweikomponenten-Kompressionssystem, welches sich durch das PresSure System auszeichnet. Diese exklusive Technologie ermöglicht es, den therapeutisch notwendigen Kompressionsdruck (ca. 40 mmHg) bereits ab der ersten Anwendung zu erreichen.

KNÖCHELUMFANG + KORREKTE DEHNUNG + RICHTIGE ÜBERLAPPUNG
2 verschiedene Größen — Aufgedrucktes Markierungssystem

THERAPEUTISCH NOTWENDIGER KOMPRESSIONSDRUCK

INHALT DER KOMPRESSIONSSETS
UrgoK2
• 1. Binde:
KTECH: weiße Kurzzugbinde, die Kompression, Polsterung und Absorption bietet.
Zusammensetzung: Watte: Viskose, Polyester; Träger: Polyamid, Elastan.
• 2. Binde:
KPRESS: kohäsive, hautfarbene Langzugbinde, liefert den zusätzlichen Kompressionsdruck, um den therapeutisch notwendigen Druck zu erreichen und verhindert ein Verrutschen des Systems.
Zusammensetzung: Polyacryl, Polyamid, Elastan sowie eine kohäsive Schicht aus Naturkautschuklatex.
UrgoK2 Latex Free
• 1. Binde:
KTECH: weiße Kurzzugbinde, die Kompression, Polsterung und Absorption bietet.
Zusammensetzung: Watte: Viskose, Polyester; Träger: Polyamid, Elastan.
• 2. Binde:
KPRESS: kohäsive, hautfarbene Langzugbinde, liefert den zusätzlichen Kompressionsdruck, um den therapeutisch notwendigen Druck zu erreichen und verhindert ein Verrutschen des Systems.
Zusammensetzung: Baumwolle, Polyester, Polyamid, Elastan sowie eine synthetische kohäsive Schicht ohne Naturkautschuklatex.
ABMESSUNGEN
UrgoK2 (oder **UrgoK2 Latex Free**) ist in zwei Größen verfügbar:
- Für einen Knöchelumfang von 18-25 cm (KTECH: 6 m; KPRESS: 7.5 m/ KPRESS Latex Free: 7.15 m; gedehnte Länge)
- Für einen Knöchelumfang von 25-32 cm (KTECH: 7.3 m; KPRESS/KPRESS Latex Free: 10.5 m; gedehnte Länge).

UrgoK2 gibt es in 3 Bindenbreiten: 8, 10 und 12 cm.
UrgoK2 Latex Free ist nur erhältlich in 10 cm Bindenbreite.
(Einige Abmessungen sind nicht in allen Ländern verfügbar.)
EIGENSCHAFTEN
• Hoher Kompressionsdruck, ca. 40 mmHg im Knöchelbereich.
• Massageeffekt beim Gehen (mäßiger Ruhedruck, erhöhter Arbeitsdruck) unterstützt den venösen Rückfluss und die Ödemreduktion.
• Einfache Anwendung mit dem PresSure System; der therapeutische Kompressionsdruck wird bereits beim ersten Anlegen erreicht.
• Hoher Tragekomfort tagsüber und nachts für eine bessere Patientenadhärenz.
• Das Kompressionssystem kann bis zur 7 Tage getragen werden.
INDIKATION
Behandlung venöser Unterschenkelulzera, venöser Ödeme und Lymphödeme, die eine starke Kompression erfordern.
KONTRAINDIKATION
• Bei Patienten mit arterieller Erkrankung (arterielle oder vorwiegend arterielle Ulzera oder bei bestehender oder vermuteter arterieller Erkrankung).
• Bei Patienten mit Knöchel-Arm-Druck-Index unter 0.8.
• Bei fortgeschrittener diabetischer Mikroangiopathie, *Phlegmasia coerulea dolens* und bei septischer Thrombose.
• Bei Ulzera infektiösen Ursprungs.
• Bei Patienten mit potentieller Allergie gegen einen der Bestandteile, insbesondere bei Latexallergien, da UrgoK2 Naturkautschuklatex enthält.
VORSICHTSMAßNAHMEN
• Bevor **UrgoK2** (oder **UrgoK2 Latex Free**) verordnet wird, sollte sichergestellt werden, dass der Knöchel-Arm-Druck-Index über 0.8 liegt.
• Bei Diabetes, Herzinsuffizienz oder fortgeschrittener Mikrovaskulopathie sollte **UrgoK2** (oder **UrgoK2 Latex Free**) unter engmaschiger ärztlicher Beobachtung und nach adäquater Behandlung angewendet werden.
• Im Falle einer infektiösen Dermatose in der Ulkus-Umgebung ist zuerst die Infektion zu behandeln, bevor mit einer Kompressionstherapie begonnen wird.
• Im Falle von Unterschenkelulzera seltenen Ursprungs (Vaskulitis, Hämopathie, *Pyoderma gangraenosum*,…) sollte das Kompressionssystem erst nach Rücksprache mit einem Facharzt eingesetzt werden.
• Die Wirksamkeit von **UrgoK2** (oder **UrgoK2 Latex Free**) wurde für die gemeinsame Anwendung von KTECH und KPRESS (oder KPRESS Latex Free) getestet und validiert.
• Das PresSure System wurde speziell dazu entwickelt, das Anlegen der Binden zu erleichtern; bitte berücksichtigen Sie die Applikationstechnik um den therapeutisch empfohlenen Kompressionsdruck zu erreichen.
• Wenn Sie Bedenken haben, insbesondere wenn Sie Schmerzen beim Tragen des Kompressionssystems haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
• Bei einem schwerwiegenden Vorfall mit dem Produkt, sind der Hersteller und die zuständige nationale Behörde zu informieren.
GEBRAUCHSANWEISUNG
Vor dem Anlegen der Verbände:
• Bei Vorliegen einer Wunde decken Sie diese zuerst mit einer geeigneten Wundauflage ab. Untersuchen Sie das Bein, um Überdruck-Risikostellen (Knochenvorsprünge) zu erkennen und um diese gegebenenfalls mit Watte abzupolstern.
• Messen Sie den Umfang des Knöchels und wählen Sie entsprechend die Systemgröße (d.h. 18-25 oder 25-32 cm). **(Abbildung 1)**
• Das System sollte möglichst direkt am Morgen nach dem Aufstehen angelegt werden oder nachdem das Bein eine Stunde lang hochgelagert wurde, um orthostatische Ödeme zu reduzieren.
• Je nach Bedarf und Erforderlichkeit wird das System bis zum Knie oder bis zum Oberschenkel angelegt. Bitte benutzen Sie eine passende Bindenbreite entsprechend der folgenden Applikationstechnik.
Applikationstechnik
• Anwendung „unter dem Knie"
1. Den Fuß in einem Winkel von 90° halten („Zehen zur Nase"). **(Abbildung 2)**
2. Darauf achten, dass die wattierte Schicht in direktem Hautkontakt ist und die Markierungen im oberen Drittel (18-25 cm) oder in der Mitte (25-32 cm) der Bandage sichtbar sind. KTECH am Zehenansatz anlegen und zum Befestigen des Verbandes je nach Gefäßstatus, Fußform und Vorhandensein von Ödemen mit einer oder zwei Bindentouren um den Fuß wickeln. **(Abbildung 3)**
3. Den Knöchel mit einer Achtertour umwickeln und dabei darauf achten, dass die Ferse vollständig bedeckt ist. **(Abbildung 4)**
4. Die Binde ab dem Knöchel spiralförmig um das Bein wickeln. Die Binde so dehnen, dass die auf der Binde aufgedruckten Ellipsen einen Kreis bilden, um den korrekten therapeutischen Druck zu erreichen. Eine korrekte Überlappung ist erreicht, wenn der aufgedruckte Druckindikator bedeckt ist (18-25 cm: 50 % Überlappung; 25-32 cm: 2/3 Überlappung). **(Abbildung 5)**. Wickeln Sie den Verband bis 2 cm unter der Kniekehle.
Schneiden Sie überschüssiges Material immer ab, da dies zu übermäßigem Druck an den Gliedmaßen führen kann. **(Abbildung 6)**
Fixieren Sie das Verbandende mit einem Rollenpflaster.
5. KPRESS (oder KPRESS Latex Free) über KTECH wickeln und dabei dieselbe Wickeltechnik anwenden. Lassen Sie dabei einen Rand der weißen Binde an den Zehen und am Knie sichtbar, sodass sich nur KTECH in direkten Hautkontakt befindet. Nach dem Anlegen des Verbandes diesen leicht andrücken, um eine vollständige Kohäsion des Kompressionsverbandes sicherzustellen. **(Abbildung 7)**
• Anwendung „am gesamten Bein"
Falls notwendig, bitte zuerst die Zehen mit einer geeigneten Fixierbinde bandagieren. Bei einer Anwendung am gesamten Bein, folgen Sie grundsätzlich den Anweisungen der Anwendung "unter dem Knie", aber beachten Sie bitte folgendes:
1. Abhängig von der Fußgröße wählen Sie ein Set der Breite 8 cm oder 10 cm. Bandagieren Sie den Fuß mit KTECH bis zum Knöchel. **(Abbildung 8)**
2. Wickeln Sie dann KTECH in 10 cm Breite bis knapp über das Knie weiter; halten Sie dabei eine leichte Beugung des Knies aufrecht. **(Abbildung 9)** Bei Bedarf und für mehr Komfort polstern Sie die Kniekehle ab.
3. Fahren Sie bis zum Oberschenkel entsprechend mit einer KTECH 10 cm oder 12 cm unter Beibehaltung der Wickeltechnik fort. **(Abbildung 10)** Schneiden Sie überschüssiges Material ab und fixieren Sie das Verbandende mit einem Rollenpflaster.
4. KPRESS über die entsprechende KTECH-Bindenbreite wickeln und die gleiche Wickeltechnik verwenden. **(Abbildung 11)** Schneiden Sie überschüssiges Material ab. Nach dem Anlegen des Verbandes diesen leicht andrücken, um eine vollständige Kohäsion sicherzustellen.
UrgoK2 (oder **UrgoK2 Latex Free**) **sollte Tag und Nacht bis zum nächsten Verbandwechsel getragen werden, je nach ärztlicher Anordnung.**
UrgoK2 (oder **UrgoK2 Latex Free**) ist nur zum Einmalgebrauch bestimmt.